TECHNICAL SPECIFICATIONS:

WATER VAPOR AND GAS EXCHANGE RATES

Vessel	Vent Size (mm)	Nominal Vent Area (sq. cm)	Vapor Transmission Rate (grams / day)	Approx. Number of Gas Exchanges per Day
700 534	10	0.8	0.4	0.8
	16	2.0	0.7	1.5
	22	3.8	0.9	1.9
	40	12.6	2.1	4.4
701 010	10	0.8	0.4	1.9
(Magenta)	16	2.0	0.7	3.3
(GA-7)	22	3.8	0.9	4.2
702 251	16	2.0	0.7	5.2
702 252	22	3.8	0.9	6.7
702 501	16	2.0	0.7	2.1
702 502	22	3.8	0.9	2.8
Baby Food	10	0.8	0.4	2.6
Jar	16	2.0	0.7	4.6
	22	3.8	0.9	5.9
25mm Test tube	10	0.8	0.4	10.4